

**Esclarecimento** 16/05/2022 14:37:33

BOA TARDE! Por gentileza, referente ao pregão 27/2022 que acontecerá no dia 17/05/2022, preciso tirar dúvidas sobre o seguinte item: Item 64 Balança analítica, tipo: eletrônica digital, capacidade máxima: capacidade até 200g, sensibilidade: sensibilidade de 0,001g, voltagem:110/220v, característica adicional: campânula de vidro Caso arrematemos esse Item, podemos entregar uma balança com todas as características iguais, no entanto com a capacidade máxima maior, de 320g?? Item 66 Balança precisão, capacidade máxima: 5 kg, resolução: 0,001 g, tipo painel: visor digital, características adicionais: calibração interna capela e conjunto hidrostático. Inclusive manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada Onde se lê resolução de 0,001g não seria 0,01g? Pois balanças com essa capacidade de medida de 5Kg as resoluções são 0,01g!

Fechar