

Imprimir X Cancelar

RE: Questionamento PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022

Licitacoes e Contratos <licitacoes@ifs.edu.br>

Qui, 03/03/2022 11:26

Para: rodrigo.oliveira@knwaagen.com.br <rodrigo.oliveira@knwaagen.com.br>

Prezados, bom dia!

Diante da confirmação de que realmente houve um equívoco na descrição do item, iremos realizar o seu cancelamento, de considerando o princípio de vinculação ao instrumento convocatório. Realizaremos a correção para repetição em um futuro pregão.

--

Atenciosamente,

Ancilla Carvalho

Substituta DEL / Reitoria - Tel: (79) 3711-1884



De: rodrigo.oliveira@knwaagen.com.br <rodrigo.oliveira@knwaagen.com.br>

Enviado: quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022 14:27

Para: Licitacoes e Contratos <licitacoes@ifs.edu.br>

Cc: klaus <klaus@knwaagen.com.br>

Assunto: Questionamento PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022

Boa tarde! Prezados

Ref ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 segue questionamento para podermos formular nossa proposta da melhor maneira possível.

Item 15 - BALANÇA SEMI ANALÍTICA 500G - 0,001G COM CAPELA, CARGA MÁXIMA: 510G, CLASSE DE EXATIDÃO: II, SENSIBILIDADE: 0,001G. MEDIDAS CXLXA: 292 X 210 X 260. TEMPERATURA DE TRABALHO (°C): 10 A 40. TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO (S): 3. TENSÃO DE TRABALHO (V): 100 A 230
QUESTIONAMENTO: O MESMO ITEM ESTA COM DUPLICIDADE DE CAPACIDADE 500G E 5KG , QUAL SERIA O CORRETO ? A MAIS COMUM PELA RESOLUÇÃO DE 0,001 SERIA 500G POIS A BALANÇA DE 5KG X 0,001 NÃO EXISTE NO MERCADO.
PODEMOS OFERTAR NOSSA BALANÇA DE 500G X 0,001 ?

Estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos

Att.

Rodrigo Oliveira

Depto. Financeiro

Tel.: (11) 4612-4090 | R: 2424

Site: www.knwaagen.com.br

knwaagen